

Modulo T6 per ICO50med

Modulo T6 per ICO50med

Identificativi Prodotto

Reference: 23.A001.99



Descrizione

Controllo della concentrazione di ossigeno all'interno della camera mediante l'ingresso di azoto, campo di impostazione da 1÷20% di O₂ con impostazione in passi di 0,1% (richiede modulo K7).

Dati Tecnici