

Soluzione tampone ph 4,01 &plus.-0,01 (25°C) AutoCAL certificato ISO 9001-DKD rosso ml 250



Soluzione tampone ph 4,01 &plus.-0,01 (25°C)
AutoCAL certificato ISO 9001-DKD rosso ml 250

Identificativi Prodotto

Reference: 08.3875.83

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Soluzioni tampone con valore reale di pH certificato da laboratorio accreditato DKD.
- Accuratezza garantita per 5 anni.
- Dotate di certificato tracciabile N.I.S.T. e PTB.
- Sul certificato è riportato il valore reale e la data di scadenza.
- Sono immuni ai microrganismi.
- Confezionate in bottiglia ergonomica AutoCAL con comparto di taratura incorporato.
- Economiche, si utilizza la giusta quantità per la calibrazione.
- Colorate per una facile identificazione.



Dati Tecnici

Colore: rosso

Volume (ml): 250

pH: 4,01

Accuratezza pH: $\pm 0,01/0,02$

Stabilità mesi: 18/60